

附件1：采购需求

序号	名称	主要技术参数	数量	单位
1	高端四维彩色多普勒超声诊断仪	胎儿系统筛查、输卵管造影、盆底超声检查、疑难病例会诊，需要具备以下功能： 1、≥23英寸液晶显示器，≥12英寸多点触控触摸屏。 2、≥4个探头接口。 3、配置超宽频、变频探头：腹部探头、腹部容积探头、腔内容积探头、高频线阵探头。 4、智能化应用及其他高级功能：具有胎儿自动识别技术，快速获取胎儿表面容积成像。胎心容积导航技术，四维输卵管造影。	1	台
2	中端彩色多普勒超声诊断仪	主要用于腹部、妇科、儿科心脏、小器官、血管、泌尿、儿科超声检测，需要具备以下功能： 1、≥23英寸显示器。 2、≥4个探头接口。 3、配置探头：腹部探头、高频线阵探头、小儿心脏探头、腔内探头。	1	台
3	便携式彩超	用于乳腺、血管等浅表检查。需要具备以下功能： 1、≥15英寸显示器。 2、≥2个探头接口。 3、配置探头：高频线阵探头。 4、其他高级功能：弹性成像、梯形扩展成像、宽景成像、一键优化、智能血流追踪。	1	台

序号	名称	主要技术参数	数量	单位
4	彩色多普勒超声诊断仪	用于妇科、腹部、泌尿、乳腺、甲状腺、血管、神经等方面的临床诊断工作。需要具备以下功能： 1、≥ 23英寸显示器。 2、≥ 4个探头接口。 3、配置的探头：腹部探头、腔内探头、高频线阵探头。	1	台
5	产前诊断超声机	用于介入性产前诊断穿刺。该设备需要具备以下功能： 1、倾向于妇产科方面的功能，可适用于开展介入性产前诊断技术。 2、带穿刺支架、定位引导功能，穿刺增强技术、穿刺中位线。 3、显示器：≥ 21” 医用显示器4、≥ 3个探头接口（大小一致），同时配置以下两个探头凸阵探头和高频线阵探头。	1	台
6	麻醉机	配备七氟烷罐进行吸入麻醉，支持成人/儿童/新生儿麻醉，可设定潮气量、频率等参数；集成多参数检测及压力异常、缺氧等安全报警，保障麻醉与呼吸安全，提供高级生命支持，保障医疗安全。	1	台

附件2:

彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机等医疗设备
方案征集书

(黑体、二号、居中)

年 月 日 (宋体、三号、居中)

一、项目建设可达成的目标：

（本段文本格式为：宋体、三号、左对齐，首行缩进2字符）

二、设备技术参数：

（以下表格内文本格式为：宋体、小四号、中部两端对齐）

序号	设备名称	技术参数	数量	单价	总价
.....					
合计（元）					

三、采用的技术与规范

四、项目实施与售后服务保障

五、其它参考资料（国家、省的有关文件，或项目的其它相关资料等）